جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آزمایشگاه مرجع

بسمه تعالی

شماره ۳۰۷/۷۶۰د
تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
پیوست ندارد

مدیرعامل محترم شرکت بهار افشان

موضوع: اعلام نتیجه ارزیابی کیفیت آنتی سرمهای ویبریو کلرا تولید شرکت بهارافشان سال ۱۴۰۰

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند در راستای برنامه نظام مراقبت تشخیص آزمایشگاهی بیماری های منتقله از آب و غذا و لزوم ارزیابی کیفیت آنتی سرم های تشخیصی ویبریو کلرا تولید داخل، نماینده اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ از آنتی سرم های تولید آن شرکت نمونه برداری نموده و در آزمایشگاه رفرانس این اداره کل مورد آزمون های ارزیابی کیفیت قرار گرفت، که نتایج آن به شرح زیر اعلام می شود.

آنتی سرم ها دارای ظاهر شفاف، فاقد رسوب و ذرات قابل مشاهده می باشند. در آزمایش با سویه های کنترل مثبت در مدت ۳۰ ثانیه واکنش آگلوتیناسیون مثبت خوب ایجاد شده و در آزمایش با سویه های کنترل منفی در مدت ۳۰ ثانیه واکنش آگلوتیناسیون متقاطع مشاهده نگردید.

نتیجه نهایی ارزیابی کیفیت برای آنتی سرمهای ویبریو کلرا پلی والان، اگاوا و اینابا، با مشخصات ذکر شده در جدول زیر قابل قبول اعلام می شود.

نام آنتی سرم	شماره ساخت	تاریخ انقضا	نتیجه ارزیابی کیفیت
Vibrio cholerae Polyvalent Antiserum	9S40B	۱۴۰۱/۰۷	قابل قبول
Vibrio cholerae Ogawa Antiserum	9S40B	۱۴۰۱/۰۷	قابل قبول
Vibrio cholerae Inaba Antiserum	9S40B	۱۴۰۱/۰۷	قابل قبول

دکتر سیامک میراب سمیعی
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت

رونوشت:
سرکار خانم دکتر رهنمای فرزامی مدیر محترم مدیریت آزمایشگاه رفرانس
سرکار خانم صبوریان کارشناس آزمایشگاه میکروب شناسی
جناب آقای دکتر گویا رئیس محترم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

آدرس : خیابان نوفل لوشاتو نرسیده به خیابان حافظ ،کوچه کیخسرو شاهرخ پلاک۴۸ آزمایشگاه مرجع سلامت
تلفن:۳۰و۶۶۷۵۰۰۱۰ نمابر:۶۶۷۲۸۱۲۱