جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آزمایشگاه مرجع سلامت

بسمه تعالی

شماره ۳۰۷/۳۹۷د
تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
پیوست ندارد

«اقتصاد مقاومتی»
در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ...
معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ...

موضوع: تغییر نقاط انفصالی قطر هاله مهار رشد آمینوگلیکوزیدها برای گونه های اسینتوباکتر مورد استفاده در گزارش آزمایش تعیین حساسیت ضدمیکروبی

سلام و احترام

پیرو انتشار آخرین ویرایش استاندارد عملکردی CLSI M100 36th Edition - 2026 و بروزرسانی آن خواهشمند است دستور فرمایید، مورد زیر درخصوص آزمایش تعیین حساسیت ضدمیکروبی در بخش میکروب شناسی، برای اجرا به نحو مقتضی به همه آزمایشگاه‌های حوزه تحت پوشش آن معاونت ابلاغ شود.

نقاط انفصالی جدید قطر هاله مهار رشد آمینوگلیکوزیدها برای گونه های *اسینتوباکتر* مطابق جدول زیر تغییر نموده است و باید در تفسیر و گزارش نتایج آزمایش تعیین حساسیت ضدمیکروبی اعمال شود.

شایان ذکر است تا زمانی که "مجموعه جداول انتخاب شده از CLSI M100 35th ed., 2025 برای میکروارگانیسم‌های اولویت‌دار در برنامه کشوری مهار مقاومت میکروبی بر اساس راهنمای سازمان جهانی بهداشت (GLASS) ویرایش نهم سال ۱۴۰۴" مطابق ویرایش CLSI M100 36th Edition - 2026 بروزرسانی نشده است، این تغییرات باید در آن مجموعه جداول لحاظ شود.

آدرس :
ستاد آزمایشگاه مرجع سلامت : تهران ، شهرک قدس ، بلوار ایوانک ، ستاد مرکزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بلوک c ،طبقه ششم ، تلفن :۸۱۴۵۳۰۶۱ _ نمابر:۸۱۴۵۲۳۸۳

آزمایشگاه رفرانس (بخش فنی آزمایشگاه مرجع سلامت) :خیابان نوفل لوشاتو ،نرسیده به خیابان حافظ ،کوچه کیخسرو شاهرخ ، پلاک۴۸ تلفن: ۶۶۷۵۰۰۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰ _ نمابر:۶۶۷۲۸۱۲۱

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آزمایشگاه مرجع سلامت

بسمه تعالی

شماره ۳۰۷/۳۹۷د
تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
پیوست ندارد

«اقتصاد مقاومتی»
در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

Antimicrobial Agent	Disk Content	Interpretive Categories and Zone Diameter Breakpoints, nearest whole mm			Interpretive Categories and MIC Breakpoints, µg/mL		
		S	I	R	S	I	R
Gentamicin	10 µg	≥ 19	14–18	≤ 13	≤ 2	4	≥ 8
Tobramycin	10 µg	≥ 17	13–16	≤ 12	≤ 2	4	≥ 8
Amikacin	30 µg	≥ 20	17–19	≤ 16	≤ 8	16	≥ 32

دکتر کاظم وطن خواه یزدی
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت

آدرس :
ستاد آزمایشگاه مرجع سلامت : تهران ، شهرک قدس ، بلوار ایوانک ، ستاد مرکزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بلوک c ،طبقه ششم ، تلفن :۸۱۴۵۳۰۶۱ _ نمابر:۸۱۴۵۲۳۸۳

آزمایشگاه رفرانس (بخش فنی آزمایشگاه مرجع سلامت) :خیابان نوفل لوشاتو ،نرسیده به خیابان حافظ ،کوچه کیخسرو شاهرخ ، پلاک۴۸ تلفن: ۶۶۷۵۰۰۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰ _ نمابر:۶۶۷۲۸۱۲۱