جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان غذا و دارو IFDA

شماره: ۶۶۴/۲۳۹۷۴
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ۱۸:۵۴
پیوست: دارد

اقتصاد مقاومتی
در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور

موضوع: عطف به ریکال و اقدام اصلاح میدانی در خصوص کیت های انعقادی D-DIMER کمپانی زیمنس

با سلام و احترام

به پیوست نامه شماره ۲۶۴۸/ص۶/ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ شرکت فن آوری آزمایشگاهی نماینده رسمی محصولات آزمایشگاهی کمپانی زیمنس با موضوع ریکال و اقدام اصلاحی میدانی کیت های D-Dimer از طرف کمپانی سازنده با سری ساخت ۰۳۴۴۸ به علت احتمال وقوع نتایج نامعتبر و نامنظم در فرایند کنترل کیفی، جهت استحضار و دستور پیگیری و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

دکتر علی علیزاده
مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

رونوشت :

رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت (جناب آقای دکتر کاظم وطن خواه یزدی): جهت استحضار

ساختمان مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰
تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰-۰۲۱ نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱-۰۲۱ کدپستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱ info@fda.gov.ir https://fda.gov.ir