جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آزمایشگاه مرجع سلامت

بسمه تعالی

شماره ۳۰۷/۷۶۲د
تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
پیوست ندارد

«اقتصاد مقاومتی»
در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

معاون محترم درمان دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور...

موضوع: اصلاحیه-عطف به اعلام فراخوان و اقدام اصلاح میدانی درخصوص کیت های انعقادی **D-DIMER کمپانی زیمنس**

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره ۶۶۴/۲۳۹۷۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ مدیر کل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی درخصوص فراخوان و اقدام اصلاحی میدانی کیت‌های D-Dimer با شماره سری ساخت ۰۳۴۴۸ توسط شرکت فن آوری آزمایشگاهی اعلام شده از طرف کمپانی زیمنس به دلیل احتمال وقوع نتایج نامعتبر و نامنظم در فرآیند کنترل کیفی آنها، جهت استحضار ایفاد می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی موضوع در اسرع وقت به کلیه آزمایشگاه‌های تحت پوشش آن معاونت، پیگیری‌ها و اقدامات مقتضی مورد نیاز انجام شود. (نامه شرکت فن آوری آزمایشگاهی در مراجع ضمیمه می‌باشد.)

دکتر کاظم وطن خواه یزدی
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت

آدرس :
ستاد آزمایشگاه مرجع سلامت : تهران ، شهرک قدس ، بلوار ایوانک ، ستاد مرکزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بلوک c ،طبقه ششم ، تلفن :۸۱۴۵۳۰۶۱ _ نمابر:۸۱۴۵۲۳۸۳
آزمایشگاه رفرانس (بخش فنی آزمایشگاه مرجع سلامت) :خیابان نوفل لوشاتو ،نرسیده به خیابان حافظ ،کوچه کیخسرو شاهرخ ، پلاک۴۸ تلفن: ۶۶۷۵۰۰۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰ _ نمابر:۶۶۷۲۸۱۲۱